



# Pseudalert*

*Detección en 24 horas de Pseudomonas aeruginosa*

## Analizando para proteger contra enfermedades e infecciones

### Fácil

- Lea los resultados visualmente. La fluorescencia azul indica un resultado positivo.
- Simplifica la dinámica de trabajo y los procesos; el control de calidad (CC) puede hacerse en 15 minutos.
- No contiene ingredientes tóxicos.

### Rápido

- Menos de 1 minuto de tiempo destinado a la prueba, no se necesitan confirmaciones.
- Sin preparación de medios que consuma mucho tiempo ni filtración.
- Los resultados son definitivos a las 24 horas; no se necesitan pasos adicionales de confirmación.

### Preciso

- La especificidad reduce el riesgo de falsos positivos de organismos no objetivo.[1]
- Elimina la subjetividad interpretativa que requieren las metodologías tradicionales.

### Versátil

- Puede usarse para análisis de determinación de presencia/ausencia o de cuantificación con Quanti-Tray* y Quanti-Tray*/2000.

**Ideal para pruebas destinadas a cumplir los requisitos de los Centros de Servicios de Asistencia Médica y Salud (CMS) de EE.UU. para reducir el riesgo de Pseudomonas en los hospitales.**

El kit de análisis Pseudalert* es un Método ISO (ISO 16266-2:2018), está incluido en el Libro Azul del Reino Unido así como en la 24ª Edición de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales y ha sido validado para agua de baño por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR).

IDEXX

ISO **9001** CERTIFIED
ISO **14001** CERTIFIED

El laboratorio de CC de agua de IDEXX está acreditado según la norma ISO/IEC 17025:2005.

# Pseudalert*: Detección en 24 horas de *P. aeruginosa*

## Para comenzar

**1** Agregue el reactivo a la muestra de agua y agite para que se disuelva.




### Cuantificación

**2** Vierta la muestra en Quanti-Tray*.



**3** Selle usando el sellador Quanti-Tray* PLUS de IDEXX e incube durante 24 horas.



**4** Lea los resultados:

Los pocillos con fluorescencia azul son positivos para *P. aeruginosa*.



### Presencia/Ausencia

**2** Incube el recipiente durante 24 horas.



**3** Lea los resultados:

La fluorescencia azul indica un resultado positivo para *P. aeruginosa*.



Quanti-Tray* ofrece los recuentos del número más probable (NMP) hasta 200 sin necesidad de dilución alguna, por cada muestra de 100 ml.
Quanti-Tray*/2000 ofrece los recuentos del NMP hasta 2419 sin necesidad de dilución alguna, por cada muestra de 100 ml.


América del Norte: **1-207-556-4496/1-800-321-0207**
Europa: **00800 4339 9111**
Reino Unido: **+44 (0) 1638 676800**
China: **+86 21 61279528**
Japón: **+81 422 71 5921**
Australia: **1300 443 399**
Latin America: **+0800 728 2482**



**Referencia**

1. Datos en archivo en IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine (EE. UU.).



© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. • 09-81380-03-ES-L
*Pseudalert y Quanti-Tray son marcas comerciales o marcas registradas de IDEXX Laboratories, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/o otros países. La Política de Privacidad de IDEXX está disponible en idexx.com.

IDEXX

ISO **9001** CERTIFIED
ISO **14001** CERTIFIED